

FORNITURA TRIENNALE DI ANTISIERI. GARA SIMOG 7526594

VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA

L'anno 2019, il giorno 4 ottobre, alle ore 09.30 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione Tecnica (di seguito Commissione), nominata con determinazione del responsabile del centro di risorsa Gestione Risorse Economiche n. 80 del 02/10/2019, incaricata ad effettuare la verifica della conformità tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto.

La Commissione è composta come di seguito indicato:

- Presidente: Marinella Franchi – Responsabile della Struttura Operativa Semplice “Laboratorio alimenti e microbiologia” - sede di Udine;
- Componente: Chiara Suraci – collaboratore tecnico professionale – biologo, titolare di Posizione Organizzativa “Ecotossicologia” presso la Struttura Operativa Semplice “Laboratorio alimenti e microbiologia” - sede di Udine;
- Componente: Bruno Zanolin – collaboratore tecnico professionale – biologo presso la Struttura Operativa Semplice “Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell'aria” - sede di Trieste.

Svolge le funzioni di segretario: Alessia Comisso - SOC Gestione Risorse Economiche - Funzione “Provveditorato ed Economato”.

La segretaria consegna alla Commissione le offerte tecniche e le schede tecniche presentate nel sistema MePa e comunica che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, sono state ammesse tutte le ditte che hanno presentato offerta.

La Commissione inizia i lavori prendendo atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. Biolife Italiana srl (lotti 1 e 4)
2. D.I.D. Diagnostic International Distribution spa (lotti 1 e 3)
3. Generon Spa (lotti 3 e 4)

La Commissione procede alla valutazione della rispondenza delle schede tecniche dei prodotti offerti alle caratteristiche dei prodotti richiesti e alla verifica che tutti i prodotti componenti il lotto siano stati offerti nel file di dettaglio allegato alla documentazione tecnica.

Terminata la verifica di tutte le schede per tutti i lotti, la Commissione accerta la non conformità delle offerte presentate dalle seguenti ditte:

- D.I.D. Diagnostic International Distribution spa al lotto 1 in quanto il kit offerto alla riga n°1 non comprende la Legionella species, come invece richiesto.
- Generon Spa al lotto 3 in quanto l'antisiero offerto alla riga n°1 non è omnivalente, come invece richiesto.

Alle ditte verrà comunicata l'esclusione tramite la funzione di Comunicazione ai fornitori del portale ME-PA.

La Commissione inoltre accerta la conformità delle offerte tecniche per le seguenti ditte:

- Biolife Italiana srl (lotti 1 e 4)
- D.I.D. Diagnostic International Distribution spa (lotto 3)
- Generon Spa (lotto 4)

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

F.to Marinella Franchi

F.to Chiara Suraci

F.to Bruno Zanolin

F.to Alessia Comisso

**Publicato il 04/10/2019**