

Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche  
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Paola Segato  
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120  
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell'Istruttoria:  
dott.ssa Laura Collavin  
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120  
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it

Spett.le Jasco Europe Srl

*Trasmissione via MEPA*

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto1: sistema di GEL PERMEATION CHROMATOGRPHY (GPC) per campioni ambientali ed alimentari. CIG: 7513985095. Comunicazione esclusione.

Con la presente si comunica l'esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto poiché la strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità si riferisce al punto 2) del capitolato: "Caricamento manuale di più campioni da purificare su più loops separati (volume da 1 e 5 ml) intercambiabili", poiché è stato offerto un "iniettore manuale universale Rheodine 7725i" che prevede di caricare un solo campione alla volta.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alcide Di Vora  
*(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  
82/2005)*

Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche  
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Paola Segato  
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120  
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell'Istruttoria:  
dott.ssa Laura Collavin  
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120  
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it

Spett.le Shimadzu Italia Srl

*Trasmissione via MEPA*

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto1: sistema di GEL PERMEATION CHROMATOGRPHY (GPC) per campioni ambientali ed alimentari. CIG: 7513985095. Comunicazione esclusione.

Con la presente si comunica l'esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto poiché la strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità si riferisce al punto 2) del capitolato: "Caricamento manuale di più campioni da purificare su più loops separati (volume da 1 e 5 ml) intercambiabili", poiché è stato offerto un "iniettore manuale universale Rheodine 7725i" che prevede di caricare un solo campione alla volta.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alcide Di Vora  
*(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  
82/2005)*

Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche  
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Paola Segato  
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120  
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell'Istruttoria:  
dott.ssa Laura Collavin  
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120  
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it

Spett.le Analytical Control De Mori Srl

Trasmissione via MEPA

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici (biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con la presente si comunica l'esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto poiché la strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico le non conformità si riferiscono a:

- "Pompa da vuoto in dotazione", in quanto da Vostra scheda tecnica si evidenzia la specifica di **pressione minima 2×10<sup>-3</sup> mbar** a fronte di una richiesta di **0,001 mbar** (punto 1.6 del capitolato);
- "Temperatura minima", in quanto da Vostra scheda tecnica si evidenzia la **temperatura minima di -50°C** a fronte di una richiesta di **temperatura minima ≤ -55°C** (punto 1.1 del capitolato).

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alcide Di Vora  
(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  
82/2005)

Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche  
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Paola Segato  
tel.0432/19188072- fax 0432/1918120  
e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it  
Responsabile dell'Istruttoria:  
dott.ssa Laura Collavin  
tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120  
e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it

Spett.le BÜCHI Italia Srl

Trasmissione via MEPA

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici (biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con la presente si comunica l'esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto poiché la strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità si riferisce al punto 1.6) del capitolato: "Pompa da vuoto in dotazione", in quanto da Vostra scheda tecnica si evidenzia la specifica di **pressione minima  $3 \times 10^{-3}$  hPa** (pari a 0,003 mbar) a fronte di una richiesta di **0,001 mbar**.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alcide Di Vora  
(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  
82/2005)

Si prega di citare il protocollo nella risposta

S.O.C. Gestione Risorse Economiche

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Paola Segato

tel.0432/19188072- fax 0432/1918120

e-mail: paola.segato@arpa.fvg.it

Responsabile dell'Istruttoria:

dott.ssa Laura Collavin

tel. 0432/1918027 – fax 0432/1918120

e-mail: laura.collavin@arpa.fvg.it

Spett.le Nuova Criotecnica Amcota

*Trasmissione via MEPA*

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1997690 – Lotto2: sistema di liofilizzazione per campioni biologici (biota). CIG: 75140294E3. Comunicazione esclusione.

Con la presente si comunica l'esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto poiché la strumentazione offerta non risponde ai requisiti tecnici minimi richiesti. Nello specifico la non conformità si riferisce al punto al punto 2.2) del capitolato relativamente al numero minimo di vassoi richiesto (almeno 6) e quello offerto (5 vassoi). Inoltre nulla risulta riportato riguardo alla specifica 1.6) del capitolato: "Pompa per vuoto ad alta efficienza in grado di raggiungere un grado di vuoto di 0,001 mbar".

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alcide Di Vora  
(documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del d.lgs.  
82/2005)