

RDO MEPA 2088776. FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI MISURE E VALUTAZIONI DELLE EMISSIONI A CAMINO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU' BASSO.

VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA

L'anno 2019, il giorno 15 gennaio, alle ore 09.45 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairolì n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione tecnica (di seguito Commissione), nominata con determinazione del responsabile del centro di risorsa Gestione Risorse Economiche n. 1 del 09/01/2019, incaricata ad effettuare la verifica della conformità tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto.

La Commissione è composta come di seguito indicato:

- Presidente – Clorinda Del Bianco – Responsabile della SOC “Pressioni sull’Ambiente”;
- Componente – Giorgiutti Claudio – Collaboratore professionale sanitario presso la SOC “Pressioni sull’Ambiente” - IPAS “Emissioni in atmosfera”;
- Componente – Fontanelle Renato – Assistente tecnico presso la SOC “Pressioni sull’Ambiente” - IPAS “Emissioni in atmosfera”;

Svolge le funzioni di segretario: Laura Collavin – Assistente amministrativo presso la SOC “Gestione Risorse Economiche” - Funzione “Provveditorato ed Economato”.

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) Alcide Di Vora consegna alla Commissione la documentazione tecnica presentata nel sistema MePa per tutti e 7 i lotti e comunica che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, sono state ammesse tutte le ditte che hanno presentato offerta.

Il RUP lascia la seduta e la Commissione inizia i lavori prendendo atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. AMS Analitica Srl (Lotto 7);
2. Mega System Srl (Lotto 4);
3. MRU Italia Srl (Lotto 7);
4. STA Srl (Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6);
5. XEarPro Srl (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7).

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara, procede per ciascun Lotto alla verifica della rispondenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte ai requisiti tecnici minimi richiesti:

Lotto 1 - N° 01 sonda di prelievo gas in titanio:
XEarPro Srl: offerta conforme

Lotto 2 - N° 01 sonda di prelievo gas in acciaio inox:
Sta Srl: offerta conforme
XEarPro Srl: offerta conforme

Lotto 3 – N° 02 centraline di aspirazione gas per campionamenti:

XearPro Srl: offerta conforme

Sta Srl: offerta conforme

Lotto 4 – N° 04 tubi di Pitot ed accessori:

Mega System Srl: offerta conforme

STA Srl: offerta conforme

XEarPro Srl: offerta conforme

Lotto 5 – Spezzoni di Linee elettroriscaldare per aspirazione e trasposto dei gas:

STA Srl: offerta conforme

XEarPro Srl: offerta conforme

Lotto 6 – N° 01 generatore di NO2 completo di ozonizzatore:

STA Srl: offerta conforme

XEarPro Srl: offerta non conforme, nel dettaglio:

- *scheda di conformità tecnica*: non compilata né sottoscritta;
- *copia offerta economica senza indicazione dei prezzi*: non compilata né sottoscritta;
- *scheda tecnica modello offerto a supporto scheda di conformità*: presente ma non esaustiva e pertanto non valutabile;

Lotto 7 – N° 01 micromanometro elettronico dedicato alla misura della velocità dei flussi gassosi:

AMS Analitica Srl: offerta non conforme, nel dettaglio:

- *scheda di conformità tecnica* non conforme: la ditta AMS Analitica dichiara che le batterie non sono Ioni -Litio;

MRU Italia Srl: offerta conforme

XEarPro Srl: offerta conforme

Alle ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e la documentazione tecnica viene consegnata al segretario che la deposita nell'armadio blindato in dotazione alla Struttura Gestione Risorse Economiche.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

F.TO Clorinda Del Bianco

F.TO Claudio Giorgiutti

F. TO Renato Fontanelle

F. TO Laura Collavin