

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO.

N. LOTTI: 3.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 710.000,00 (IVA ESCLUSA)

VERBALE N. 3 – SEDUTA RISERVATA

L'anno 2017, il giorno 02 agosto, alle ore 9:00 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) convocata dal RUP con nota prot. 24596/P/GEN/GRE dd 27/07/2017 a seguito dell'istanza di revoca del provvedimento di esclusione dalla gara (Lotto 2) per la fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, sistema di iniezione pvt e autocampionatore per iniezione liquida, trasmessa della ditta Thermo Fisher Scientific SpA il giorno 26/07/2017 (prot. ARPA 24386-A).

La Commissione è composta da:

- Clorinda Del Bianco, Responsabile della S.O.C. Pressioni sull'Ambiente;
- Jari Falomo, Dirigente presso la S.O.S. "Laboratorio alimenti";
- Biagio Gianni, Dirigente presso la S.O.S. "Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell'aria";
- Laura Collavin, Collaboratore amministrativo presso la SOC Gestione Risorse Economiche – Proweditorato ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante;

LOTTO 2: FORNITURA DI N. 2 GASCROMATOGRAFI CIASCUNO ACCOPPIATO A RIVELATORE DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO, SISTEMA DI INIEZIONE PTV E AUTOCAMPIONATORE PER INIEZIONE LIQUIDA (CPV: 38430000-8) \_ CIG: 704665185B.

La Commissione procede alla valutazione delle osservazioni tecniche fornite dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA con nota del 26/07/2017 prot. ARPA 24386-A.

A seguito di attenta disamina delle osservazioni presentate la Commissione rileva quanto segue:

Punti A) e B)

*I requisiti minimi richiedevano la riproduzione sperimentale nelle condizioni elencate nel punto F del capitolato per evidenziare le prestazioni reali della macchina proposta.*

*I dati forniti nell'offerta tecnica risultano ottenuti in condizioni sperimentali diverse dalle quali non si può derivare la prestazione dell'apparecchiatura in condizioni differenti (quelle previste dal capitolato) applicando una semplice proporzione matematica.*

*Nella brochure (data-sheet) allegata all'offerta tecnica, presentata peraltro in lingua inglese diversamente da quanto richiesto dal capitolato, si evince che le specifiche di riferimento sono: "Reference specification are typical performance specifications and not confirmed at install".*

*La richiesta specifica di effettuare una prova sperimentale, come previsto da capitolato, ha lo scopo di valutare una conformità non formale ma sostanziale ai requisiti minimi richiesti.*

Punto C)

*La fornitura dello standard di ottafluoronaftalene da parte della stazione appaltante non era prevista. Peraltro, come evidenziato dalla ditta Thermo Fisher nel punto C), tale sostanza è uno standard di riferimento universalmente riconosciuto per valutare le prestazioni strumentali di un GC-MS e come tale è di comune uso per l'effettuazione delle prove di confronto per le prestazioni strumentali.*

*Tutto ciò premesso la Commissione ritiene che non ci sono elementi per modificare la precedente valutazione.*

*Alle ore 11:15 si chiudono i lavori della Commissione.*

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

Clorinda Del Bianco \_\_\_\_\_  
Jari Falomo \_\_\_\_\_  
Biagio Gianni \_\_\_\_\_  
Laura Collavin \_\_\_\_\_

Publicato in data 04.08.2017

## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO.

N. LOTTI: 3.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 710.000,00 (IVA ESCLUSA)

VERBALE N. 4

## PREMESSA

- con decreto del Direttore Generale n. 63 del 28 aprile 2017 è stato autorizzato l'avvio della procedura aperta suddivisa in tre lotti, per l'affidamento della fornitura di strumentazione da laboratorio. Lotto 1: fornitura di n. 1 sistema uhplc/ic/hrms (cpv: 38430000-8) \_ cig:704662206f. Lotto 2: fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, sistema di iniezione ptv e autocampionatore per iniezione liquida (cpv: 38430000-8)\_ cig: 704665185b. Lotto 3: fornitura di n.1 sistema cromatografico uhplc/spe online (cpv: 38430000-8) \_ cig: 70466653ea;
- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 12 giugno 2017, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
  - Lotto 1: Thermo Fisher Scientific SpA;
  - Lotto 2: Agilent Technologies Italia SpA e Thermo Fisher Scientific SpA;
  - Lotto 3: Ab Sciex Srl;
- il Seggio di gara in data 14 giugno 2017 ha provveduto all'apertura dei plichi e successivamente della busta n. 1) "Documenti di partecipazione" per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa presentata, nonché all'apertura della busta n. 2) "Documentazione tecnico-qualitativa" al fine di accertare la presenza dei documenti per la valutazione qualitativa delle offerte;
- con decreto del Direttore Generale n. 89 del 16 giugno 2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) la quale, con i verbali del 05 luglio 2017 e del 13 luglio 2017, ha effettuato la valutazione tecnica delle offerte della procedura di gara;
- nella seduta di gara del 13 luglio 2017, in relazione al Lotto 2 (fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, sistema di iniezione ptv e autocampionatore per iniezione liquida), la Commissione ha riscontrato che l'offerta della ditta Thermo Fisher Scientific SpA non rispetta i requisiti tecnici minimi richiesti al punto F.28 e F.29 del disciplinare tecnico, essenziali per l'ammissione alla gara. Alla luce della suddetta valutazione e in base a quanto stabilito dall'art. 8 del disciplinare di gara la Commissione non ha, pertanto, effettuato la valutazione qualitativa dell'offerta tecnica della ditta Thermo Fisher Scientific SpA;
- a seguito della trasmissione dei verbali riguardanti i lavori della Commissione giudicatrice, con nota di data 23048-P del 14 luglio 2017, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ha comunicato alla ditta Thermo Fisher Scientific SpA l'esclusione dell'offerta tecnica relativa al lotto 2 poiché non rispondente ai requisiti tecnici minimi richiesti, allegando alla comunicazione i verbali di gara, già pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 13 luglio 2017 nella sezione: "Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti » Provvedimenti di esclusione e di ammissione";
- con nota di data 26 luglio 2017 (prot. ARPA 24386-A) la ditta Thermo Fisher Scientific SpA ha trasmesso istanza di revoca del provvedimento di esclusione dalla gara (Lotto 2) per la fornitura di n. 2 gascromatografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo quadrupolo, sistema di iniezione ptv e autocampionatore per iniezione liquida;
- con nota prot. 24596/P/GEN/GRE di data 27/07/2017, a seguito della sopra citata istanza di revoca e alla luce delle osservazioni tecniche in essa contenute, il RUP ha convocato la Commissione il giorno mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 9:00 presso gli Uffici della SOC Gestione Risorse Economiche - sede di Palmanova;

- il giorno 02 agosto, alle ore 9:00 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle osservazioni tecniche fornite dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA;
- il verbale di tale seduta tecnica riservata è stato trasmesso al RUP per gli adempimenti conseguenti;

## SEDUTA RISERVATA

Il giorno 03 agosto 2017 alle ore 9:00, presso gli Uffici della sede di ARPA FVG, il RUP, ricevuto il verbale della seduta della Commissione tecnica di data 02 agosto 2017, a conclusione della valutazione delle osservazioni trasmesse dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA in data 26 luglio 2017 procede alla seguente disamina:

### Punto D)

La ditta Thermo Fisher Scientific SpA nell'istanza contesta che: *"la Commissione avrebbe potuto (anzi, dovuto) chiedere chiarimenti a TFS in merito alla presunta mancanza delle Caratteristiche di sensibilità prescritte dal Capitolato" [..] tanto più considerato che, invece, la Commissione ha chiesto alla società Agilent un chiarimento "sul banco carrello di supporto offerto" e, in occasione della seduta del 13/07/2017, ha dato atto della risposta ricevuta dal concorrente (valutando "esaustivo il chiarimento fornito dalla ditta") e ha proceduto quindi all'attribuzione dei punteggi".*

Si rileva che l'Amministrazione, se avesse operato come sopra sostenuto dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA, avrebbe dovuto richiedere una vera e propria integrazione dell'offerta tecnica e non un mero chiarimento/specificazione, poiché nella documentazione tecnica presentata mancavano due prove (punti F.28 e F. 29 – Requisiti minimi del disciplinare tecnico).

Diversamente, con riguardo al chiarimento trasmesso alla ditta Agilent Technologies Italia SpA, con nota di data 06 luglio 2017, prot. 22026-P/GEN/DA, veniva richiesto quanto segue:

*"se il banco carrello di supporto offerto è dotato di sistema integrato di insonorizzazione della pompa primaria (par. 3 della Premessa del disciplinare tecnico)";*

alla quale la ditta Agilent Technologies Italia SpA, con nota di data 07 luglio 2017 (prot. ARPA GEN-2017-0022134-A), ha risposto come segue:

*"Come richiesto nel capitolato di gara, la nostra offerta, prevede un banco da laboratorio su ruote da cm 180, senza sistema di insonorizzazione integrato, bensì, viene fornito un sistema di tipo "silent box", presente nell'offerta con la descrizione "Quiet cover".*

Si evince, pertanto, che non veniva richiesta alcuna integrazione bensì una mero chiarimento.

Pertanto il RUP conferma l'esclusione della ditta Thermo Fisher Scientific SpA.

La seduta si chiude alle ore 10:15.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Paola Segato

Publicato in data 04.08.2017