

**VERBALE N. 1 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 INDETTA DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ARPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 10.00 si è riunito il seggio di gara per la prima seduta pubblica telematica relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in epigrafe, indetta con Decreto DG n. 65/2021. La seduta, per ragioni organizzative, si svolge presso gli uffici dell'ARCS, in Udine - via Pozzuolo n. 330.

La fornitura è articolata in dodici lotti e sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'applicazione dei parametri "Qualità max. punti 80/Prezzo max. 20 punti", ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del Codice dei contratti.

Il seggio nominato con nota n. 21919 del 16 luglio 2021, è composto da Roberto Visintin (presidente del seggio), e Martina Fichera (RUP e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 19 luglio 2021, sono state censite le seguenti offerte telematiche:

<b>Lotto n.</b>	<b>Descrizione beni</b>	<b>OE OFFERENTI</b>
<b>1</b>	Analizzatore automatico in continuo su filtro a doppio canale per la determinazione di PM10 e di PM2.5 in ambiente esterno	PROJECT AUTOMATION SPA
<b>2</b>	Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per la determinazione di PM10 in ambiente esterno	PROJECT AUTOMATION SPA
<b>3</b>	Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la determinazione di PM10 in ambiente esterno	ENVEA SPA
<b>4</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector FID, comprensivo di generatore di Idrogeno e generatore di Aria di Zero (BTEX – FID)	ORION SRL
<b>5</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID	ORION SRL PROJECT AUTOMATION SPA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE
<b>6</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Ozono (O3)	ENVEA SPA ORION SRL PROJECT AUTOMATION SPA.
<b>7</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2)	ENVEA SPA ORION SRL PROJECT AUTOMATION SPA

<b>Lotto n.</b>	<b>Descrizione beni</b>	<b>OE OFFERENTI</b>
<b>8</b>	Campionatore sequenziale per esterno di Materiale Particolato a basso volume, specifico per le frazioni granulometriche PM10/PM2.5	DADO LAB SRL ORION SRL PROJECT AUTOMATION SPA
<b>9</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Ammoniaca (NH3)	DESERTO
<b>10</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Formaldeide (CH2O)	POLLUTION SRL
<b>11</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Black Carbon (BC)	PROJECT AUTOMATION SPA
<b>12</b>	Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Mercurio Gassoso Totale (TGM), comprensivo di Generatore di aria di zero e Sistema di span	NORDTEST SRL ORION SRL

Nessuno è presente per gli OE concorrenti.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 del Disciplinare di gara, l'offerta telematica dovrà includere la documentazione amministrativa, la documentazione tecnico-qualitativa e l'offerta economica.

Si procede alla verifica della presenza e all'accettazione delle offerte pervenute e al download massivo della documentazione amministrativa inserita nella "busta amministrativa".

Successivamente, alle ore 10.15, il Presidente di seggio dispone di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della regolarità della documentazione amministrativa accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

∞ ∞ ∞

La seduta viene riaperta il giorno 16 agosto 2021 alle ore 16.27. Per ragioni organizzative, essa si svolge presso gli uffici dell'ARCS, in Udine - via Pozzuolo n. 330.

E' presente il rappresentante delle ditte Dado Lab ed Envea, per il quale si è proceduto alla verifica dell'identità e della delega per presenziare alla seduta di gara.

Si dà atto che all'esito della verifica off-line della regolarità della documentazione amministrativa delle ditte, è emerso quanto segue:

#### **DADO LAB SRL**

Si è riscontrato:

- 1) la mancanza per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: "Aver stipulato almeno due contratti nell'ultimo quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati."), della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quello offerto in gara.
- 2) la mancata compilazione di alcuni campi dell'Allegato A – dichiarazione di partecipazione

#### **ENVEA SPA**

Documentazione regolare.

**NORDTEST SRL**

Documentazione regolare.

**ORION SRL**

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: *“Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”*):

- 1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara.
- 2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due contratti) posseggano il detector PID.

**POLLUTION SRL**

Documentazione regolare.

**PROJECT AUTOMATION SPA**

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: *“Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”*)

- 1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara.
- 2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due contratti) posseggano il detector PID.
- 3) relativamente al lotto n. 6 –fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Ozono (O<sub>3</sub>) la mancanza della comprova del requisito, in quanto dalla dichiarazione presente in DGUE non è stato possibile evincerne il possesso

**SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE**

Si è riscontrato quanto segue per ciò che concerne i Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3 del Disciplinare di gara approvato con il decreto DG di indizione n. 65/2021: *“Aver stipulato almeno due contratti nell’ultimo quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) aventi ad oggetto sia la fornitura di almeno uno strumento - conforme alla normativa europea di riferimento - identico (marca e modello) a quello offerto per il di lotto di partecipazione, sia la relativa installazione, messa in funzione e manutenzione. I contratti potranno esser stati stipulati sia con Enti pubblici che con soggetti privati.”*)

- 1) la mancanza della dichiarazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per contratto per almeno due contratti) siano identici (marca e modello) a quelli offerti in gara.

- 2) relativamente al lotto n. 5 - fornitura di analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) con detector PID, la mancanza nella dichiarazione presente in DGUE della la specificazione che gli strumenti oggetto delle precedenti forniture (almeno uno per almeno due contratti) posseggano il detector PID.

Ciò rilevato, si è innanzitutto proceduto, a mezzo di e-mail PEC inviata in data 4 agosto 2021 tramite il portale eAppaltiFVG, a richiedere a tutte le ditte la cui produzione documentale risultava carente o non regolare, di voler procedere all'integrazione o regolarizzazione dei propri atti amministrativi entro il termine ultimo del 12 agosto 2021.

Tutti gli OE hanno riscontrato entro il 9 agosto 2021, producendo quanto loro richiesto a integrazione o regolarizzazione della propria documentazione amministrativa.

Il seggio di gara, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata e vista la conclusione del subprocedimento di soccorso istruttorio, ritiene di disporre l'ammissione di tutti gli OE alle successive fasi di gara.

Al termine della seduta, alle ore 16.38, il presidente congela la fase amministrativa in attesa delle successive sedute relative alla valutazione tecnico-qualitativa, alla valutazione economica e all'aggiudicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roberto Visintin *f.to*  
(Presidente)

Martina Fichera *f.to*  
(RUP e segretario verbalizzante)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 17/08/2021 15:06:51

IMPRONTA: 3545D91F136D45981D4343BC6D87F4481F594AE6B119C525B6FEE73CDF4C35FF  
1F594AE6B119C525B6FEE73CDF4C35FF0B5C3C745326B70320DC54A679742C44  
0B5C3C745326B70320DC54A679742C44987E946464F2A2EF331B2105710222FF  
987E946464F2A2EF331B2105710222FF32E9E732047844A4ED2463660FF013B2