

Acque per uso sanitario			
Prova (µg/l)	Unità di misura	Metodo	Acc
Conta di Legionella	UFC/1000 ml	UNI EN ISO 11731:2017 Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice	✓
Conta di Legionella pneumophila	UFC/1000 ml	UNI EN ISO 11731:2017 Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice	✓
	Presenza/Assenza/1000 ml		✓
	UFC/5 l		✓
Conta di Legionella	UFC/1000 ml	UNI EN ISO 11731:2017 Metodo colturale + MALDI-TOF	✓
Conta di Legionella pneumophila	UFC/1000 ml	UNI EN ISO 11731:2017 Metodo colturale + MALDI-TOF	✓
	Presenza/Assenza/1000 ml		✓
	UFC/5 l		✓
Ricerca di Legionella pneumophila (Real Time PCR)	Presenza/Assenza/1000 ml	ISO/TS 12869:2019	✓
	Presenza/Assenza/1000 ml	AFNOR BDR 07/16 - 12/07	✓
Sierogruppo Legionella	-	UNI EN ISO 11731:2017	✓
Controlli ambientali			
Conta di Legionella pneumophila - aria	UFC/m ³	ISS - Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 79/CSR/2015	
Conta di Legionella pneumophila - superfici	UFC/piastra	ISS - Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 79/CSR/2015	
LEGENDA			
UFC	Unità Formanti Colonie		
ACC	prova accreditata ISO 17025 se spuntata		